ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ВЫПОЛНЯЮЩИЙ РАБОТЫ И(ИЛИ) ОКАЗЫВАЮЩИЙ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "АВТОМАТИЗАЦИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ, ИНЖИНИРИНГ"

наименование

RA.RU.314304

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. **423450, РОССИЯ, Татарстан республика, район Альметьевский, город Альметьевск, улица Защитников Отечества, дом 14, офис 101.**

адреса мест осуществления деятельности

423450, РОССИЯ, Татарстан республика, район Альметьевский, город Альметьевск, улица Защитников Отечества, дом 14, офис 101.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2. Поверка средств измерений (ЕЖИ)					
2.1.	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ;	Счетчики, расходомеры, преобразователи расхода жидкости объемные (электромагнитные, вихревые, турбинные, лопастные,	(0,02 - 200) $м^3/ч$ (0,02 - 0,04) $м^3/ч$ (0,04 - 0,1) $м^3/ч$ (0,1 - 200) $м^3/ч$;	Погрешность: ПГ ±3 % ПГ ±1,5 % ПГ ±0,9 % ;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
		ультразвуковые, корреляционные, камерные, кольцевые);			

Директор | Подписано электронной подписью | В.В. Самойлов

должность уполномоченного лица | подпись уполномоченного лица | инициалы, фамилия уполномоченного лица